Teilbericht 2020L32850 / 1

Bezeichnung	Tube COVID-19 (Mask) / 22cm X 32cm / 100% PES
Menge	10
Einsender	
Lieferant	
Eingangsdatum	16.09.2020

Technologische Prüfungen

Parameter *Methode (Standort)*	Resultat	Einheit	Limit / Anforderung
Partikelrückhaltevermögen *NTXMET100 (na) (Dietikon)*	**>95**	%	≥70
Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer *NTXMET100 (na) (Dietikon)*	**stark**		stark
Atemwiderstand *NTXMET100 (na) (Dietikon)*	**25.6**	Pa/cm²	<60

Prüfbericht 2020L32850

Berichtsdatum	01. Oktober 2020 / 09:01
Auftragstyp	Allg. Untersuchungen
Auftraggeber	

Bericht	Prüfmuster
2020L32850 / 1	**Tube COVID-19 (Mask) / 22cm X 32cm / 100% PES**

Bewertung

Die Maske erfüllt die Vorgaben der Empfehlungen der Swiss National COVID-19 Science Task Force für Community Masks.